

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 1**  
**WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie

ul. 11 Listopada 1, 42-500 Będzin

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Zakup opasek bezpieczeństwa wraz z kompleksową usługą teleopieki dla mieszkańców Będzina w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2025.**

Zamawiający udostępnia treść zapytania wniesionego przez Wykonawcę w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i udziela następujących wyjaśnień:

**PYTANIE 1:** Zgodnie z postanowieniami dokumentacji zamówienia, oferowane urządzenia powinny dokonywać pomiarów (ciśnienie, puls i saturacja). Na podstawie dotacji celowej, z której Zamawiający wydatkuje środki tj. Programu Korpus Wsparcia Seniorów Wykonawca wnosi o wyjaśnienia zasadności wprowadzenia wymogu pomiaru ciśnienia.

**ODPOWIEDŹ 1:** Zamawiający uwzględnił pomiar ciśnienia jako jednego z kryteriów w postępowaniu, kierując się celem zapewnienia pełniejszej opieki zdrowotnej seniorom objętym programem teleopieki. Program Korpus Wsparcia Seniorów ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób starszych oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania. Pomiar ciśnienia tętniczego stanowi jeden z parametrów zdrowotnych, który może pomóc w wykrywaniu wczesnych oznak nadciśnienia, niedociśnienia oraz innych problemów sercowo-naczyniowych. Zgodnie z zapisami Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2025, samorząd gminny na podstawie zapotrzebowania określa funkcje opaski bezpieczeństwa w przeprowadzanym postępowaniu wyboru realizatora.

**PYTANIE 2:** Wykonawca wnosi o wyjaśnienia w zakresie dokumentacji zamówienia.

Aby mówić o zasadności pomiaru ciśnienia, który polega na pompowaniu mankietu w pozycji spoczynku, opaska musiałaby posiadać taką funkcjonalność. Patrząc na aktualny stan technologiczny ocenianie ciśnienia poprzez fotopletyzmografię to estymacja - zgadywanie pomiaru. Oferowanie takiej funkcjonalności jest fikcją, gdyż urządzenia przeznaczone do noszenia na nadgarstku nie mogą wskazać prawidłowego pomiaru ciśnienia (w przeciwieństwie do pulsu i saturacji). Wykonawca wnosi o wyjaśnienia na jakiej podstawie wkomponowano w dokumentację zamówienia pomiar ciśnienia, biorąc pod uwagę, że obecnie dostępna wiedza i dostępne technologie wskazują na wyraźną rozbieżność z przedstawionym w Zapytaniu Ofertowym wymogiem? Czy była to decyzja podjęta na podstawie wnikliwej analizy możliwości technologicznych dostępnych na rynku bądź w wyniku konsultacji z ekspertami funkcjonującymi

na rynku, oferującymi urządzenia przeznaczone do pomiaru ciśnienia czy pod wpływem działań marketingowych firm sprzedających urządzenia pochodzące z Chin?

**ODPOWIEDŹ 2:** Współczesne technologie umożliwiają orientacyjny pomiar ciśnienia za pomocą urządzeń noszonych na nadgarstku. Chociaż metoda fotopletyzmograficzna nie zapewnia dokładności porównywalnej do klasycznych ciśnieniomierzy oscylometrycznych, to umożliwiają śledzenie trendów zmian ciśnienia krwi. Zamawiający bierze pod uwagę fakt, że teleopieka nie zastępuje profesjonalnej diagnostyki medycznej, ale ma na celu wspierać użytkowników w codziennej kontroli podstawowych parametrów zdrowotnych.

**PYTANIE 3:** Wnoszę o przedstawienie badań, artykułów naukowych na podstawie których Zamawiający określił realność wykonania pomiaru ciśnienia z nadgarstka oraz wykroczył poza wymogi Programu Korpus Wsparcia Seniorów 2025.

**ODPOWIEDŹ 3:** Pomiar ciśnienia z nadgarstka jest stosowany w wielu urządzeniach komercyjnych oraz medycznych. Zamawiający nie określił w zapytaniu ofertowym poziomu realności wykonywanego pomiaru. Zgodnie z zapisami Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2025, samorząd gminny na podstawie zapotrzebowania określa funkcje opaski bezpieczeństwa w przeprowadzanym postępowaniu wyboru realizatora.

**PYTANIE 4:** Zamawiający rozszerzył zakres pomiarów w stosunku do pierwotnie wymaganych w unieważnionym postępowaniu U26/2025 o pomiar ciśnienia. Nie sposób tym samym, nie odnieść wrażenia, że Zamawiający ma na celu dokonanie wyboru jednego konkretnego wykonawcy. Jednakże, mając na uwadze, jak dużą rolę stanowią przywołane a wręcz rozszerzone w stosunku do pierwotnego zapytania pomiary funkcji życiowych, proszę o potwierdzenie, że oferowane urządzenia mają wykonywać pomiary zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami prawa tj. Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz Rozporządzeniu 2017/745. Naturalnym wydaje się, że Zamawiający przykładając tak dużą wagę do funkcji pomiarowych nie ma zamiaru zakupić urządzeń niewykonywujących pomiarów zgodnych z obowiązującymi przepisami.

**ODPOWIEDŹ 4:** W porównaniu do wcześniejszego postępowania, Zamawiający poszerzył wymagania dotyczące funkcjonalności urządzeń, aby zapewnić jeszcze lepszą jakość opieki. Zamawiający kierował się dobrem użytkowników systemu, a nie preferencją konkretnego wykonawcy. Zamawiający nie określił w zapytaniu ofertowym, aby urządzenia wykonywały pomiary zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz Rozporządzeniu 2017/745, co nie wyklucza możliwości zaproponowania przez wykonawcę urządzenia spełniającego w/w normy.

**PYTANIE 5:** W związku z powyższym pytaniem proszę o potwierdzenie, że urządzenia mają być opatrzone CE z numerem jednostki notyfikującej w celu umożliwienia Zamawiającemu oceny wiarygodności pomiarów. Obowiązek stosowania CE z numerem jednostki notyfikującej dla urządzeń wykonujących pomiary wynika z przywołanych przepisów i potwierdza zgodność pomiarów w zakresie jednostek metrologicznych. Każde urządzenie dokonujące pomiarów nie dysponujące oznaczeniem CE z numerem jednostki notyfikującej będzie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

**ODPOWIEDŹ 5:** Zamawiający nie określił w zapytaniu ofertowym wymagań, aby oferowane urządzenia posiadały oznaczenie CE wraz z numerem jednostki notyfikującej, co nie wyklucza możliwości zaproponowania przez wykonawcę urządzenia spełniającego w/w normy.

**PYTANIE 6:** Wykonawca prosi o wyjaśnienia w zakresie metody dokonywania pomiarów ciśnienia poprzez oferowane urządzenie (np. metoda oscylometryczna, fotopletyzmoграфiczna). Wprowadzając przedmiotowy pomiar do dokumentacji zamówienia, Zamawiający zapewne korzystał z wiedzy własnej lub niezależnych specjalistów nie opierając się na działaniach marketingowych jednej firmy z centralnej polski więc z łatwością wskaże metodę pomiaru umożliwiając tym samym wszystkim zainteresowanym wykonawcom złożenie oferty zgodnej z przedmiotem zamówienia.

**ODPOWIEDŹ 6:** Zamawiający w zapytaniu ofertowym nie określił konkretnej metody pomiarowej.

**PYTANIE 7:** Zamawiający w stosunku do unieważnionego postępowania U26/2025 usunął obowiązek dostarczenia opaski bezpieczeństwa będącej wyrobem medycznym min. klasy I. Jednocześnie Zamawiający oczekuje, aby urządzenie dokonywało dodatkowe pomiary. Proszę o określenie stawki podatku VAT jaką mają zastosować Wykonawcy. W przypadku zaoferowania wyrobu medycznego zgodnego z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz Rozporządzeniu 2017/745 wykonawca powinien zastosować stawkę 8% podatku. Jednocześnie usuwając wymóg zaoferowania wyrobu medycznego Wykonawca może zastosować stawkę 23% VAT co stoi z kolei w sprzeczności z wymogiem posiadania pomiarów przez oferowane urządzenia. Proszę o doprecyzowanie w powyższym zakresie.

**ODPOWIEDŹ 7:** Wykonawcy są zobowiązani do prawidłowego określenia stawki podatkowej, zgodnie z deklarowanym statusem urządzenia.

**PYTANIE 8:** Czy w przypadku zastosowania błędnej stawki podatku VAT Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy? Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych jednakże prowadzone jest zgodnie z zasadami z niej wynikającymi. Czy tym samym, zamawiający stosuje się do ugruntowanej linii orzeczniczej KIO i odrzuci ofertę Wykonawcy z błędnie wskazaną stawką podatku VAT?

**ODPOWIEDŹ 8:** Oferty z błędnie podanym VAT nie będą rozpatrywane.

**Dyrektor**

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie

/-/

**mgr Patrycja Gruca-Hołota**

/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego  
kwalifikowanego certyfikatu/